

**26.09.25****Beschluss**  
des Bundesrates**Zweite Verordnung zur Änderung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung**

Der Bundesrat hat in seiner 1057. Sitzung am 26. September 2025 beschlossen, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes mit folgender Maßgabe zuzustimmen:

Zu Artikel 1 (Anlage 2 (zu § 4 Absatz 8, § 13 Absatz 1 und § 15 Absatz 1) Nummer 2 Satz 2 MPBetreibV)

In Artikel 1 Anlage 2 Nummer 2 Satz 2 ist die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 2“ zu ersetzen.

**Begründung**

Nummer 2 der Anlage 2 zur Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) bezieht sich auf Therapiedosimeter bei der Behandlung von Patienten von außen mit Photonenstrahlung im Energiebereich bis 1,33 MeV. Die Anforderungen an die Kalibrierung eines Therapiedosimeters sind in § 15 Absatz 2 MPBetreibV geregelt. § 15 Absatz 3 MPBetreibV hingegen regelt Ausnahmen zur Durchführung von messtechnischen Kontrollen für Messgeräte zur nichtinvasiven Blutdruckmessung. Offensichtlich verwendet die Verordnung einen falschen Bezug.